

**Wielospecjalistyczny Szpital Miejski
im. dr E. Warmińskiego SPZOZ
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz**

Znak sprawy: DZP-270-73-2018

Bydgoszcz dnia: 2019-02-19

**Biachem sp. z o.o.
Alejkowa 21 /B9
15-528 Sowlany**

Z A W I A D O M I E N I E

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 89 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) (*zwanej dalej "ustawą Pzp"*) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie **przetarg nieograniczony** na:

Dostawa środków do dezynfekcji powierzchni i narzędzi

Zamawiający był zobowiązany odrzucić Państwa ofertę w następujących zadaniach:

Zadanie nr 13

Podstawa prawna: Art. 89. ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.

Uzasadnienie: Wykonawca w grupie nr 13 zaoferował produkt o nazwie handlowej Sterisept /ready to use/. W odpowiedzi na wezwanie do złożenia dokumentów Wykonawca dostarczył protokoły z badań, które nie potwierdzają pełnego wymaganego w SIWZ spektrum i czasu działania tego preparatu. Zamawiający wymagał, aby zaoferowany preparat był bójczy m.in. przeciwko wirusom/ HIV, HCV, HBV/, Adenovirusom, Rotavirusom i Norovirusom w czasie działania do 10 minut. Z raportu badań przedstawionego przez Wykonawcę nie wynika bójczość oferowanego preparatu przeciwko Rotavirusom i Norovirusom. Dodatkowo Wykonawca przedstawił wyniki badań przeprowadzonych z użyciem preparatu Sterisept, będącym 100% koncentratem preparatu Sterisept /ready to use/. Zgodnie z oświadczeniem producenta, z uwagi na fakt, że preparat Sterisept /ready to use/ jest 3% roztworem preparatu Sterisept, wszelkie wyniki badań mikrobiologicznych przeprowadzonych z użyciem preparatu Sterisept są obowiązujące również dla preparatu Sterisept /ready to use/. Wykonawca nie przedstawił jednak wyników badań potwierdzających bójczość 3% Steriseptu w pełnym żądanym przez Zamawiającego spektrum i czasie – z przedłożonych wyników badań można było jedynie

wywnioskować bójczość zaferowanego preparatu przeciwko MRSA oraz Tbc w czasie działania do 10 minut. W związku z tym Zamawiający w dniu 06.02.2019 r wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów poprzez przedłożenie protokołu badań potwierdzających, że zaferowany preparat, względnie preparat Sterisept w stężeniu 3% jest bójczy także przeciwko bakteriom, grzybom, wirusom (HIV,HBV,HCV), Rotavirusom i Norovirusom w czasie działania do 10 minut. W odpowiedzi na w/w wezwanie Wykonawca nie przedłożył żadnych dodatkowych wyników badań ani wyjaśnień. Z uwagi na powyższe Zamawiający uznał ofertę Wykonawcy w zakresie grupy nr 13 za niezgodną z treścią SIWZ.,

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający